

מערך התכנון והבקרה
 מחלקת בטיחות, בריאות וסביבה

תאריך: _____

מקום: _____

רשימת תיוג לבדיקת גלילי גזים

הערות	לא ישים	לקני	תקין	בטיחות בגלילי גזים:
				האם אזור האחסון נקי, מסודר ומשולט בהתאם לקבוצת הסיכון אליה משתייך הגז?
				האם קיימת הפרדה בין גלילי גז דליקים וגלילי גז מחמצנים בעמדת אחסון הגלילים?
				האם אזור האחסון מאובטח ומופרד ממקום אחסון של חומרים כימיים אחרים?
				האם מלאי גלילי הגז (המחוברים לצנרת לשימוש) במקום השימוש הוא הקטן ביותר האפשרי?
				האם גלילי הגז מאובטחים ומעוגנים מפני נפילה בכל זמן?
				האם ראשי גלילי הגז מכוסים במכסים (כיפות) כשאינם בשימוש?
				האם קיימים בולמי להבה על כל צינורות אספקת הגזים הדליקים?
				האם מותקנים שסתומי אל-חזור על כל קווי ההספקה של גז בלחץ?
				האם האזורים בהם משתמשים בגזים מאווררים היטב?
				האם קיימות עגלות שינוע ייעודיות להובלת גלילי גז?
				האם כל גלילי הגז הדליקים מרוחקים לפחות 3 מ' ממקורות הצתה?
				האם סימון הצבע על הגליל (גוף וכתף) מתאים לסוג הגז שהוא מכיל?
				האם גלילי הגז המלאים מופרדים מגלילי הגז הריקים?
				האם קיימת עמדת כיבוי אש בסמוך למקום אחסון הגז; האם יש אפשרות לקרר את המכלים בהתזת מים?
				האם מוטבע על כתף הגליל התאריך בו בוצעה הבדיקה (הידרוסטטית בכל 5 שנים למעט גז קורוזיבי - בכל 3 שנים)?
המלצות לשיפור:				