



מבזק בטיחות

תיאור האירוע בקצרה:

- למחלקת אשפוז חזר מטופל לאחר בדיקת PET-CT.
- אחות בהיריון טיפלה בו בחזרתו למחלקה.

נקודות ללמידה ארגונית:

- מטופל שחזר לאחר מיפוי/ בדיקת אבחון באמצעות חומר רדיואקטיבי:
 - ✓ על נשים בהיריון (צוות ומבקרים), לשמור מרחק של מטר אחד ומעלה מהמטופל למשך 6 שעות מקבלת החומר הרדיואקטיבי.
- מאושפז במחלקת ילדים: לשמור מרחק של מטר אחד ומעלה מילדים אחרים למשך 6 שעות מקבלת החומר הרדיואקטיבי.
- כל העובדים האחרים יכולים לטפל במטופלים שעברו מיפוי ללא מגבלת מרחק.

חשוב להדגיש

- הנחיות לטיפול במאושפזים שמקבלים טיפול בחומר רדיואקטיבי:
 - ✓ מטופל ביוז 131 או לוטציום 177 יטופל בהתאם לכתוב בנוהל מוסדי מספר 200-013-5 : בטיחות הצוות המטפל בחולים, לאחר או בעת הפסקת טיפול ביוז/לוטציום רדיואקטיבי Lu-177/I-131, אשר טרם סיימו את תקופת ההגבלה.

